



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
G42-MAN-FR-030
Versión 2 Fecha Actualización 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión 20/06/23 Remisión # 188781 Auxiliar Mantenimiento Juan Diego Benjumea No. Orden

Código Equipo 2021060000045 Fecha Inicio 20/06/23 Hora Inicio Labor 20-06-23 Fecha Fin 05-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	SEVERO	PLAGA	SEVERO	CANTIDAD	REPORTE
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	VALVULAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	*Flujo a P				0432	0434			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)			
	2905	6.9	94.4	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Mala
5. D. AÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI		Con Sobrecalentamiento		no			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Switch encendido	1			
	protector display	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Carta Reguladora)	Se verifica activación de alarma (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión rápida de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	VALVULAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	*Flujo a P				0432	0434		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
29	02	6.6	93.5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
FIN DE MANTENIMIENTO													X	JM