ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXPro

FORMATO	
Codigo	QAD-Mant-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 06-07-23 | Remisión #: 189978 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN 4403 B | Fecha Inicio: 06-07-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 06-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-Hz)	Pila (5 Vdc)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V - Hz)	FILTROS (5V - Hz)	BASE (5V - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - HZ)	MANIJA (5V - HZ)	RUEDAS (5V-Hz)	OBSERVACIONES
	12420.6	94.2	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	nto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [X] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	Si
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Si
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA TAMIZES	1			

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-Hz)	Pila (5 Vdc)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5V - Hz)	FILTROS (5V - Hz)	BASE (5V - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - HZ)	MANIJA (5V - HZ)	RUEDAS (5V-Hz)	OBSERVACIONES
	12422	6.5	94.8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobada

FIRMA MANTENIMIENTO: