



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO

Fecha Remisión: 06-07-23 Remisión #: 189978 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea

Código: 042-MIN-FR-008 Versión: 3 Fecha Actualización: 17/12/2019 Página: 1 de 2

Código Equipo: NN 4913 D Fecha Inicio: 06-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 06-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPUESTO CAMBIO
FALLA	BIAM	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPUESTO CAMBIO
			Filtro externo lateral	2		SI
			Filtro externo central	1		SI

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	"Flujo a 3"				BASE	MANEJA		
	2914765	943	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Mala
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA TAMICES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			
	PILA	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Automático)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - L3)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-L3))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión lajea de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire de conexión	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ODIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	"Flujo a 3"				BASE	MANEJA		
	2714863	95,2	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: