



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-MA/FR-003
Versión: 3
Fecha Actualización: 11/03/2015
Página: 1 de 2

Fecha Recepción: 06-07-23 Formulario: 189790 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-1413 Fecha Inicio: 06-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | | SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|------|-----------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| FALLA | DAÑO | EXAMINADO | DESCRIPCION | CANTIDAD | FE REPORTE | REPUESTO CAMBIADO |
| | | | Acoople rosca a tubo humidificador | | | SI No |
| | | | | | | SI No |
| | | | | | | SI No |
| | | | | | | SI No |
| | | | | | | SI No |
| | | | | | | SI No |
| | | | | | | SI No |
| | | | | | | SI No |
| DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE | | | | | | |

| AREA DE MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------------|--------|------------|---------------------------|---------|---------|-------------|----------|---------------------|-----------------------------|---------|---------|--------|---------------|-------|
| En Mantenimiento | HIGIOMETRO | PRESION | ORGANO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | | | | CÓDIGO DE BARRAS | | | RUEDAS | OBSERVACIONES | |
| | | | | | Desconexión | | Pila | "Flujo a 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | BARRA | MARRA | | | RUEDA |
| | | | | | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | | | |
| | 24133 | 6,6 | 95,2 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | nto | |
| 1. CICLADO | | Tiempo de la prueba | | | General Alarma | | | No | X | SI | Cul? | | | | | |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | | SI | NO | X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | | | Bueno | X | Mala | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | | | Bueno | X | Mala |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | | Bueno | | | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | | | Bueno | SI | Con Subcambiamiento | | | NO | | | |

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|-----|----------------------|---|-----------|
| 1 | Estado Pila S.S. v | Verificar voltaje de la pila | OK |
| 2 | Prueba de Fuga | Se verifica conexión neumática del equipo | SI |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | SI |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | SI |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | SI |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripción del diagnóstico identificado

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|--------|-------------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|-----|---------------------------------|---|-----------|
| 1 | Flejo + 0 (Cierre Respiratorio) | Se verifica activación de alarma (LI - LO - SS) | ES |
| 2 | Flejo Abierto | Se verifica activación de alarma dual y sensor (LED Rojo + LED amarillo + (LI-LO-ES)) | SI |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | SI |
| 4 | Desconexión ligada de flejo | Desconexión línea eléctrica | SI |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Operar mangarera de salida de aire de conexión | SI |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

| En Mantenimiento | HIGIOMETRO | PRESION | ORGANO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA | | | | | | CÓDIGO DE BARRAS | | | RUEDAS | OBSERVACIONES | |
|---------------------|------------|---------|--------|------------|-------------------|---------|---------|-------------|----------|---------|------------------|---------|---------|----------------------------|---------------|-------|
| | | | | | Desconexión | | Pila | "Flujo a 0" | REJILLAS | FILTROS | BASE | BARRA | MARRA | | | RUEDA |
| | | | | | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | (SI/NO) | | | |
| | 24138 | 6,6 | 94,6 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Aprobado | | |
| FIRMA MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | <i>Juan Diego Benjumea</i> | | |