ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXiPro

FORMATO	
Codigo	DAD-GMA-FR-005
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 05-07-23 | Remisión #: 189888 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-285B | Fecha Inicio: 05-07-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
			Acople rosca a tubo humidific	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / NO)	Pila (SI / NO)	"Flujo a 0" (SI/ES)	REJILLAS (SI / NO)	FILTROS (SI / NO)	BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / NO)	OBSERVACIONES
	6384	6	95,7		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No [X] Si [ ] Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Mangueras a tanque oxigeno	2		TAMIZES	2
	Manguera a turj principal	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activacion de alarmas (L1 - L6 - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (L1-L6-ES)	Si
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI / NO)	Pila (SI / NO)	"Flujo a 0" (SI/ES)	REJILLAS (SI / NO)	FILTROS (SI / NO)	BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI / NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI / NO)	RUEDAS (SI / NO)	OBSERVACIONES
	6395	6	96,5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: