



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: SAC-AM-FR-009  
Version: 3  
Fecha Actualización: 11/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Realización: 07-07-2023 Remisión #: 190066 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden: [ ]

Codigo Equipo: NM 3962 B Fecha Inicio: 07-07-23 Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: 07-07-2023

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO: [ ]

FALLA	TIPO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLE ADICIONAL DE DATOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo e S" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
3027866	946	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	uito
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Ganar Alarma		No	X	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Ruero	X	Mala		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Mala	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento	NO	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

COORDO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
MANGERA TAMIZES		2		PILA	7
MANGERA TANQUE OXIGENO		1			
FILTRO DE AIRE		1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga - 0 (Cierre Robótico)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - ES)	ES
2	Fuga Membr	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LI-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obtención respuesta de salida de aire de conexión	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo e S" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	BARRA (SI-NO)		
3027866	95.1	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado [Signature]