

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO GAD-MAN-PR-003 Versión 3 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2		
Fecha Remediación	07-07-23	Remoción #	190066	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea		No. Orden	
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO								
Código Equipo	NN44643	Fecha Inicio	07-07-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	07-07-23	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA								
SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO		
PALLA	BAND	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	SI REPORTA	REPLUESTO CAMBIADO
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
							SI	No
DETALLER ADICIONALES DADOS POR PACIENTE								

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES mto
	(Pa)	(k-T Pa)	(Pa)	(Pa)	Desconexión (L-L)	PIA (L-L)	"Flujo a 0" (L-L)	REJILLAS (L-L)	FILTROS (L-L)	BARRA (L-L)	BARRA (L-L)	BARRA (L-L)	RUEDAS (L-L)	
	841263	94.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		No	X	SI	Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES														
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento		no			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica volaje de la pila	ES
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o bajo	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del dispositivo identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	MANGERA TAMICES	2			
	MANGERA IMPULSORIO	1			
	FILTRO DE AIRE	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujo/metro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma alta y sonora (LED Rojo + LED amarillo + (LL-L3-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de contenedor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES Aprobado [Firma]
	(Pa)	(k-T Pa)	(Pa)	(Pa)	Desconexión (L-L)	PIA (L-L)	"Flujo a 0" (L-L)	REJILLAS (L-L)	FILTROS (L-L)	BARRA (L-L)	BARRA (L-L)	BARRA (L-L)	RUEDAS (L-L)	
	841463	93.3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
FORMA MANTENIMIENTO														