

Fecha Remate: **10-07-23** | Remite: **190233** | Asesor Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NN-4315B** | Fecha Inicio: **10-07-23** | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: **10-07-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
 SI NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	BARO	CLASE BARO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Filtro externo lateral	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CICLADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a P"				2044	2045	2046		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	6915	65	94.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	into

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Genero Alarma: No | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

2. RUIDO EXTRAÑO: Si No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos Malas

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: | 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Bueno** | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Con Sobrecalentamiento: **no**

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Manguera a refrigeración	1		Protector display	1
	Manguera a filtro insónico	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre hidrometro)	Se verifica activación de alarmas LL - LS - ES	ES
2	Fuga Maxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LG-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CICLADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a P"				2044	2045	2046		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	69176-6	95.2	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: 