

Fecha Remisión: **10-07-23** Remisión #: **190233** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **NN-4323B** Fecha Insa: **10-07-23** Hora Inicio Labor: Fecha Fin: **10-07-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA:  SI  NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DIAGN	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI. REPOSTE	REPIEQUE CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLE ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDENO	FLOJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLERAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a F"				BARR	BARLA	BRAL		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	16865	6.4	94.5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		No	X	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Mala		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	X	Mala			Buena	X	Mala	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento				No			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo a 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas RL - LD - ED	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SL-G-03))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión de flujo de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de flujo	Observar manguera de salida de aire de condensar	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORDENO	FLOJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLERAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a F"				BARR	BARLA	BRAL		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	16868	6.3	94.9	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO	
FIRMA MANTENIMIENTO: 															