ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OxiPro

FORMATO:	
Codigo:	GAO-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remision: 10-07223 | Remision #: 190233 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Restrepo | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1756 B | Fecha Inicio: 10-07-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 10-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [ ] | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | **FECHA FIN AISLAMIENTO**

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Filtro externo lateral	2		Si [ ] No [ ]
			Filtro externo central	1		Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]
						Si [ ] No [ ]

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBA MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5 - 6Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - 6Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 - 6Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - 6Lt)	FILTROS (5 - 6Lt)	BASE (5 - 6Lt)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (50 - 60Lt)	OBSERVACIONES
	7597	65	94.2	SI	Si	S	ES	Si	Si	Si	SI	Si	SI	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si		Con Sobrecalentamiento	NO			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	ACOPLE PLASTICO A TABLERO	7			
	MANGUERA TANQUE OXIGENO	7			
	MANGUERA TAMIZES				

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

SALIDA MANTENIMIENTO

Ex Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (88% - 96%)	FLUJOMETRO (5 - 6Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - 6Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 - 6Lt)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5 - 6Lt)	FILTROS (5 - 6Lt)	BASE (5 - 6Lt)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (50 - 60Lt)	OBSERVACIONES
	7601	65	96.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO