ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	12-07-23	Remisión #	190468	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-2091	Fecha Inicio	12-07-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	12-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Acople rosca a humidificador	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 - lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LI-ES)	REJILLAS (5 - lts)	FILTROS (5 - lts)	BASE (5 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 400)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 400)	RUEDAS (5 lts)	OBSERVACIONES
	22779	6,7	93	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Si	Con Sobrecalentamiento	No						

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera x Tanque de oxigeno	1			

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA

No.	Prueba / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - ES)	Es
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LI-ES)	Si
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea electrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 - lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 - lts)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL-LI-ES)	REJILLAS (5 - lts)	FILTROS (5 - lts)	BASE (5 - lts)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 400)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - 400)	RUEDAS (5 lts)	OBSERVACIONES
	22786	6,2	92,7	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO