ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-029
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 10-07223 | Remisión #: 140233 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1188 | Fecha Inicio: 10-07-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 13-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [ ] | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | **FECHA FIN AISLAMIENTO**

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Acople roca a fubo humidificad	1		Si		No	
			Filtro externo lateral	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ANALISIS MANTENIMIENTO

Fin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	Pila (5 l/Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI/No)	OBSERVACIONES
16875	6,1	87,6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si		mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | General Alarma: No X Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	Si
4	Conexión electronica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERD TANQUE OXIGENO	1		Tamices	2
	Kit manguera tanque oxigeno	1		Filtro aire interno	1

VALIDACION FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES))	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

SALIDA MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/Min)	Pila (5 l/Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI/No)	OBSERVACIONES
16877	6,9	95,6	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: