



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAS/MAV/78-003
Version: 1 Fecha Actualizacion: 17/03/2019
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 20-06-23 Remisión #: 188781 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-4706 Fecha Inicio: 20-06-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 13-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA Si NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

AREA DE MANTENIMIENTO

Form with fields for: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Fuga, "Flujo a 5"), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten notes like 'Baja pureza del 88%' and 'Buena'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests such as 'Estado Fila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists items like 'Kit manguera a tamicos', 'Tamicos', 'tarjeta Rojo'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo a 0 (Cierre Suplemento)', 'Flujo Máximo', etc.

Final form section with fields for: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes a signature 'Justa' and the word 'Aprobado'.