



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MAI-PR-028
Version 2
Fecha Actualización 11/02/19
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 15-07-23 Remisión # 140719 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden

Código Equipo: NN-1775B Fecha Inicio: 15-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 17-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CAMBIOS, SI, REPORTE, REPUESTO CAMBIOS. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE'.

Table for maintenance checks: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, MASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Mto'.

Table for diagnostic tests: No., Prueba, Descripción, Resultado. Tests include battery voltage, leak test, electrical connection, alarm test, etc.

Table for parts used: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: 'Kit mangueras tanque de oxígeno 1'.

Table for simulation tests: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Tests include flow rate, alarm activation, etc.

Table for final maintenance checks: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, MASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Aprobado' signature.