



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MAI-FE-009
Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 15-07-23 Remisión a: 190719 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificación del equipo: Código Equipo: NN 41B Fecha Inicio: 15-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 17-07-23

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, CANTIDAD, NO. REPORTE, REPUESTOS E INSURGIDO. Main entry: Protector display, 1, SI, No.

Table with columns: En Mantenimiento (HONOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten 'Mto' and 'Buena'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows for: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Entry: Pila, 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows for: Flujo x 0 (Cierre Fugante), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio.

Table with columns: En Mantenimiento (HONOMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten 'Aprobado' and signature.