



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
OAS-MAN-FR-003
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 15-07-23 Revisión #: 190719 Asesor Mantenimiento: Juan Diego Benjamen No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN2858 B Fecha Inicio: 15-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 17-07-23

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, PLANE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI REQUIERE, REPUESTO CAMBIADO. Rows include: Acople rosca a tubo humidifi (1), Filtro externo lateral (1).

DETALLE DE OTRAS DADOS POR PACIENTE

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OMBREO, FLOWMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Descripción, Pila, "Fuga a T"), SEÑALES (SEÑALAS, FILTROS, BARRAS), CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Mto'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Exacto Pila 5.5 V (OK), Prueba de Fugas (Si), Conexión eléctrica (Si), Prueba de alarma (Si).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row: MANGERA TAMIZES (2).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Fuga + 0 (Cierre Fugómetro), Fuga Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión lateral de fuga, Activación de válvula de alivio.

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OMBREO, FLOWMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, SEÑALES, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Apobado'.