



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
OAS-MAN-FR-020
Versión 2 Fecha Actualización: 17/03/2018
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 15-07-23 Revisión: 190719 Asesor Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificación del equipo: Código Equipo: NN-1390B Fecha Inicio: 15-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 17-07-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO, FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTA, REPULETO, CAMBIO.

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESIÓN, DISEÑO, FLOUOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Fuga, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data like '1402565 953 SI' and 'Bueno'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de sifón'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entries: 'MANGERA TANQUE OXIGENO 2', 'FILTRO DE AIRE INTERNO 1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo a 0 (Cierre Regulador)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio'.

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESIÓN, DISEÑO, FLOUOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data like '1402665 954 SI' and 'Aprobado'.