



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC-AMN-FR-028
Versión: 3 Fecha Actualización: 11/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 29-06-23 Remisión #: 189546 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificación del Equipo
Código Equipo: V0213319 Fecha Inicio: 29/06/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 18/07/23

Equipo contaminado por posible plaga SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTA, REPLETADO (CAMBIADO). Rows are empty.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUELLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 11290, 6.3, 94.8, SI, SI, SI, E0, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI. Observations: Posible problema en la tarjeta, el equipo no deja de pitar.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila S.S.V., Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Rows are empty.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Fuga = 0 (Cierre Regimetro), Fuga Manera, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLOJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BUELLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten signature: Aprobado [Signature].