



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-MAN-PR-028  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 11/02/08  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24-07-23  
Remisión #: 191249  
Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea  
No. Orden: [ ]

Código Equipo: NN-28323  
Fecha Inicio: 24-07-23  
Hora Inicio Labor: [ ]  
Fecha Fin: 24-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Protector display 1					

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS		OBSERVACIONES
					Desconexión			"Flujo a 5"	SEAL LAB	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUELAS			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					(SI-NO)	(SI-NO)		(SI-NO)		
	2824567	930	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Desarm. Alarma		No	X	SI	Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		PUCEZA 88															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		no						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	PROTECTOR DISPLAY	1		TAMIZES	2
	MANGERA TAMIZES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - L3).	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma azul y sensores LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-L3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonoro	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Chisporreo manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS		OBSERVACIONES
					Desconexión			"Flujo a 5"	RUELAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUELAS			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					(SI-NO)	(SI-NO)		(SI-NO)		
	28252	952	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO	
FIRMA MANTENIMIENTO																	