ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 3	

Fecha Remisión	24-07-23	Remisión #	191249	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Bermudez	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-293013	Fecha Inicio	24-07-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	24-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO DAÑADO/ DE SERVICIO

FALLA	EJEC	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	# REPORTE	REPUESTO ENVIADO	
						Si	No
			Filtro externo central	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo a 0" (LO-EE)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	124236-5	94-3	Si	Si	Si	Si	ES	Si	nto

BARRAS: RUEJILLAS (50 Hz)	FILTROS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MO)	BARRA (50 - MO)
Si	Si	Si	Si	Si

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena: Si — Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	ANILLOS	2		MANGERA Tubo Refrigeracion	1
	MANGERA TAMIZES	2		MANGERA TANQUE OXIGENO	1
	MANGERA BALSULA DESICOS	2		BASE Y TORNILLOS PILA 2	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - EE)	PILA 1
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	FILTRO DESINFECTANTE 1
3	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	TORNILLOS ALARGADOS 4
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (10 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo a 0" (LO-EE)	RUEJILLAS (50 Hz)	FILTROS (50 Hz)	BASE (50 Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MO)	BARRA (50 - MO)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	124246	6	94-3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

ITEMA MANTENIMIENTO	