



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Código: OAD-MAN-PR-008  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/03/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24-07-23 Remisión #: 191249 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-810B Fecha Inicio: 25-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 25-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLAS, DESCRIPCION, CANTIDAD, D. SEÑALES, RESPUESTA CARBADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES SOBRE EL PACIENTE'.

Table with columns: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLOJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'mto' in observations.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila S.S. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results 'SI', 'ES', 'SI'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes entry: 'Filtro de aire interno' with quantity 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Fuga = 0 (Cierre hermético)', 'Fuga Máxima', 'Activación alarma sonora'.

Table with columns: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLOJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Aprobado' signature.