



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAD-MAN-FR-028  
Versión: 2 Fecha Actualización: 13/10/2019  
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 25-07-23 Remisión #: 191246 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Barjomea No. Orden:

Código Equipo: NN-1651B Fecha Inicio: 25-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 26-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
TIPO	CLASE				

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REILAS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a P"				BASE	BAHIA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	109766	943	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Generó Alarma		No		SI			Cuel?		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	cable de poder y presión 5.3													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	CABLE DE PODER	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujo manual)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	ES
2	Flujo Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (L1-L2-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Adicción alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea electrónica	SI
5	Activación de vibrata de alarma	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REILAS	FILTROS	MARE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a P"				BASE	BAHIA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
	1078	66	943	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado
														FIN DE MANTENIMIENTO