ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GRD-MAN-FR-009
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	25-07-23	Remisión #	191246	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo	N# 348513	Fecha Inicio	25-07-23	Hora Inicio Labor *		Fecha Fin	26-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO CAMINADO DE SERVICIO

ALTA	MEDIA	CLASE GASO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	EQUIPO LAVADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (94% - 98%)	FLUJOMETRO (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-E0)	REJILLAS (50 Hz)	FILTROS (50 - Hz)	BASE (50 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - MO)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	176936	5	95-2	SI	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	57	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba			Genera Alarma	No	X	Si		Cual?
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	se cubre ALARMA												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	no				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E0)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E0)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	OXIGENO (94% - 98%)	FLUJOMETRO (50 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 Hz)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-E0)	REJILLAS (50 Hz)	FILTROS (50 - Hz)	BASE (50 - Hz)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (50 - MO)	RUEDAS (50 Hz)	OBSERVACIONES
	176946	5	95-2	SI	Si	Si	ES	SI	Si	Si	Si	Si	S	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO