



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAH-FR-003
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 25-07-23
Revisión #: 191246
Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea
No. Orden:

Identificación del Equipo
Codigo Equipo: NN-40898
Fecha Inicio: 25-07-23
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin: 26-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PLACA	SI/NO				
PLACA	SI/NO				
PLACA	SI/NO				
PLACA	SI/NO				
PLACA	SI/NO				
PLACA	SI/NO				
PLACA	SI/NO				
PLACA	SI/NO				
PLACA	SI/NO				
PLACA	SI/NO				

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DODIEMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	EL TIPO	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a 3"				BASE	BASE	BASE		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	2128264	94	94	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mt
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo	
6. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento		NO				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 0.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	CABLE DE PODEA	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre fugas)	Se verifica activación de alarmas (S1 - L2 - ES)	ES
2	Fuga Máximo	Se verifica activador de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo, y (S1-L2-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alido	Obtener imágenes de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DODIEMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REALAR	EL TIPO	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Fuga a 3"				BASE	BASE	BASE		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	2128364	94	94	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
														FIRMA MANTENIMIENTO	