



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-MAN-FR-005
Versión: 1
Fecha Actualización: 17/05/2018
Página 1 de 2

Fecha Emisión: 27-07-23, Revisión #: 191541, Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea, No. Orden:

Identificación del equipo: Código Equipo: NN380213, Fecha Inicio: 27-07-23, Hora Inicio Labor: , Fecha Fin: 27-07-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, EL REPORTE, POPULACIÓN FUMIGADA. Includes handwritten entries: Filtro lateral (2), Acople rosa a tubo humidific (1).

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FLETRON, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 106396594-3, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI, mto.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests: Estado Pila 5.5 V (OK), Prueba de Fugas (SI), Conexión eléctrica (SI), Conexión electrónica (SI), Prueba de alarma (SI).

Descripción del defecto identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: REMACHE BEICRO, 1.

Table with columns: No., Prueba / Descripción, Descripción, Resultado. Includes tests: Flujo = 0 (Cierre Regulador) (ES), Flujo Maximo (SI), Desconexión eléctrica (SI), Desconexión tarjeta de flujo (SI), Activación de válvula de alivio (SI).

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FLETRON, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data: 106416191, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI, Aprobado, [Signature].