ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	28-07-23	Remisión #	191619	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo	NN 4464	Fecha Inicio	28-07-23	Hora Inicio Labor *		Fecha Fin	28-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO FUERA DE SERVICIO

FALLA #	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	# REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6- 7 PSI)	(90% - 95%)	(5l-4m)	(5l-4m)	(5l-4m)	(LO-ES)	(5l-4m)	(5l-4m)	(5l-4m)	(5l - 4m)	(4l - 4m)	(5l-4m)	
	007663	93	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	010						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujimetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir orinquere de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6- 7 PSI)	(90% - 95%)	(5l-4m)	(5l-4m)	(5l-4m)	(LO-ES)	(5l-4m)	(5l-4m)	(5l-4m)	(5l - 4m)	(4l - 4m)	(5l-4m)	
	007763	93	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO