

Fecha Revisión: 28-07-23 Revisión: 191619 Autor: Juan Diego Benjumea No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN4310B Fecha Inicio: 28-07-23 Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: 28-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	FECHA INICIO ASLAMIENTO		FECHA FIN ASLAMIENTO	
FALLA:	TIPO:	CLASIFICADO:	CODIFICADO:	CANTIDAD:	SI:	REPORTO:	REPUESTO CANTIDAD:
<p style="font-size: 2em; font-family: cursive;">Acople roca a tubo humidificador 1</p>							
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE							

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					REJILLAS	FILTROS	BASE
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)						
	1853	6.6	94.3	51	51	51	51	51	51	51	51	51	mto			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	Si	Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo		
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Si	Con Sobrecalentamiento		no					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (SL - LL - EE)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y 0.1-1.0-EE)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión líquido de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					REJILLAS	FILTROS	BASE
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)						
	1854	6.6	94.3	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	Aprobado			
FIRMA MANTENIMIENTO																