ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	28-07-23	Remisión #	19819	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4193B	Fecha Inicio	28-07-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	28-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

DATOS REPORTADO DIRECTAMENTE DE EQUIPO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
			Filtro ext lateral	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (50% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LL-LS-ES)	RESALLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	18336	6,4	94,8	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	no						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico Identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit manguera tanque oxigeno protector display	1		pila	1
		1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (50% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-NO)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LL-LS-ES)	RESALLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	18339	6,4	95,0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO