



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GCM-MA-M-008
Version: 2 Fecha Actualizada: 11/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Realizada: 28-07-23 Revisión: 191619 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benincasa No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN3205B Fecha Inicio: 28-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 28-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTA, RESPUESTA CAMBIOS. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DE DAÑO POR FUENTE'.

Main maintenance checklist form. Includes sections for: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten 'Bueno' and 'Mto'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila S.S. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: 'SUBVIS DE ENCENDIDO 1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo + 0 (Cierre Suprímico)', 'Flujo Menor', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Adhesión de válvula de solenoide'.

Final maintenance checklist form, similar to the main one, with handwritten 'Aprobado' and a signature.

19748 0.2