

Fecha Remisión: **28-07-23** Remisión a: **191619** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
 Código Equipo: **NN-4186B** Fecha Inicio: **28-07-23** Hora Inicio Labor: Fecha Fin: **28-07-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALSA	TRASTO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO REPORTE	REPORTE	NO	SI

SEÑALES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Flujo a 5"		BASE	BASE				BASE	BASE		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)									
	18622	6.7	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No	X	SI	Cuff						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																	
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Switch encendido			Kit manguera a tanque oxigeno 1	

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Carga Regulada)	Se verifica activación de alarmas (SL - L1 - E3)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-LD-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	SABE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Flujo a 5"		BASE	BASE				BASE	BASE		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)									
	18625	6.3	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
TIENE MANTENIMIENTO																	