ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2015
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 28-07-23 | Remisión #: 191619 | Auxiliar Mantenimiento: Joan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-4869B | Fecha Inicio: 28-07-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 28-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [ ] | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | **FECHA FIN AISLAMIENTO**

SISTEMA REPORTADO FUERA DE SERVICIO

FECHA	HORA	CLASE CASO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
					Si	No	
					Si	No	
					Si	No	
					Si	No	
					Si	No	
					Si	No	
					Si	No	

DETALLES ADICIONALES CASOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Psi)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (M - MO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (M - MQ)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	11883789	6-3	93	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	93-9	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No	X	Si		Cual?		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	no			

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
8	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0 Psi)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5 l/m)	FILTROS (5 l/m)	BASE (5 l/m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (M - MO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (M - MQ)	RUEDAS (5 l/m)	OBSERVACIONES
	11884183	7-3	93-2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO