

Fecha Realización: **08-06-23** Ramal # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NN 4269B** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALLA	DESCRIPCIÓN				

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					BARRAS		RUEDAS		
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO	SI/NO	SI/NO		
	11544	6.1	93.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No		SI		Cód?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		T. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento												

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verificar voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cama Regulada)	Se verifica activación de alarmas (S1 - L0 - E0)	
2	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (S1-L0-E0)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					BARRAS		RUEDAS		
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO				SI/NO	SI/NO	SI/NO		
	11547	6	92.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
																FIRMA MANTENIMIENTO		