ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	16/06/23	Remisión #	188377	Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NN-42920	Fecha Inicio	16/06/23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

PARTE	CANT	CAMBIADO											
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	
							Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LOAD)	REJILLAS (50 l/m)	FILTROS (50 l/m)	BASE (50 l/m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CODIGO DE BARRAS: BANDEJA (50 - 100)	RUEDAS (50 l/m)	OBSERVACIONES
	19146	6.6	94.4	SI	SI		ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (50 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (50 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LOAD)	REJILLAS (50 l/m)	FILTROS (50 l/m)	BASE (50 l/m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (50 - 100)	CODIGO DE BARRAS: BANDEJA (50 - 100)	RUEDAS (50 l/m)	OBSERVACIONES
	19151	6.5	93.	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO