OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	CAD-MAN-FR-009
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	16-06-223	Remisión #	188377	Auxiliar Mantenimiento	JONCR AYUDELO	No. Orden	
Código Equipo	NV-4212 B	Fecha Inicio		Hora Inicio		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASIFICADO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N° REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Lit/S)	FALLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	[illegible] (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	BARRA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	23043	6·6	93·3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Sensor Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno		Con fluctuaciones

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica [illegible]	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones [illegible] del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es equipo a fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1		PILA	1
	MANGERAS deTANQUE DE OXIGENO	2			
	MANGERA TARJETA PRICIPAL	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - E1)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma [illegible] (LL-LE-E1)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea [illegible]	
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXÍGENO (90% - 96%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo a 0" (Lit/S)	FALLAS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	[illegible] (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	BARRA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
														FIRMA MANTENIMIENTO