



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MAN-FR-030
Fecha Actualización: 11/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 16-06-23 Revisión: 188377 Auxiliar Mantenimiento: JONIERA AGUDELO No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NV 2511 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI, REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes handwritten entry: MANGERA A TAMIZ.

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, GASES, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 7716666, 94.3, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for voltage, leaks, electrical connections, and alarm.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: MANGERA A TAMIZ, 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation, LED lights, and valve operation.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, GASES, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 77169, 65, 94.3, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.