



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAGMUN-FR-003  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 11-10-2016  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 16-06-2023 Remisión #: 188377 Auxiliar Mantenimiento: JANIER HERRERA

Código Equipo: NY-4216 B Fecha Inicio: Hora Inicio: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, NO. REPORTE, REPUERTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADO POR PACIENTE'.

Table for maintenance checks: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a F), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes sections 1-7 for specific tests like '1. CICLADO' and '7. CONTROL DE TEMPERATURA'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila 3.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists parts: ANILLOS (2), TARJETA de FIJO (1).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Flujo = 0 (Cena Sujometro)', 'Flujo Manual', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio'.

Table for maintenance checks: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes 'FIRMA MANTENIMIENTO'.