



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FR-025
Versión 2
Fecha Actualización: 11/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Recepción: **03/06/23** Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **NN-4999B** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPLAZO CAMBIADO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIMETRO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							RELIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	SI	NO	SI				NO	SI			NO
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)											
1661	66.95	51	51	51	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		SI	NO	SI	NO	Cual?								
3. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Mal						
3. DAÑOS IDENTIFICADOS <i>Manguera del analizador a Regulador.</i>																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Clave hidrático)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - EE)	
2	Fuga Maerno	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SL-LD-ED)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	(Desairar manguera de salida de aire de compresor)	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIMETRO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							RELIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	SI	NO	SI				NO	SI			NO
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)											
1662	64.936	51	51	51	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO		