OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 1	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	22-06-23	Remisión #	188931	Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NN-3645B	Fecha inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	DESPERDICIO							
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo a 0 (LO-ES)	SELLOS (Si-No)	FILTROS (Si-No)	BASE (Si-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	BAJADA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	25461	6.6	95.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		[illegible]			Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena		[illegible]

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 3,5 V	[illegible]	
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible] del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican los [illegible] eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican [illegible] del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible] equipo o fuente	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA A TUBO de REFIJCION	1			
	FILTRO AIRE INTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible] (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica [illegible] LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	
5	Activación de válvula de alivio	[illegible] de compresor	
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	Flujo a 0 (LO-ES)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	BAJADA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	25465	6.4	95.7											FIRMA [illegible]