OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	[illegible]
Versión: 3	Fecha Actualización: [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	22-06-23	Remisión #	188931	Auxiliar Mantenimiento	
				No. Orden	
Codigo Equipo	MZJ5S288416	Fecha Inicio		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No
						Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Flujo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
	024	8,6	95,2	si	Si	Si								

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		[illegible]						
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	[illegible]	
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible] del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se [illegible]	
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible]	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	[illegible]	
2	Flujo Máximo	[illegible]	
3	Desconexión eléctrica	[illegible]	
4	Desconexión tarjeta de flujo	[illegible]	
5	Activación de válvula de alivio	[illegible]	
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Flujo	"Flujo = 0"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CODIGO DE BARRAS		[illegible]	OBSERVACIONES
	027	8,4	95,2											FIRMA [illegible]