



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA: OX-100 (P. 01)  
Fecha Actualización: 11/06/04  
Página: 01 de 01

Fecha Version: 22-06-23  
Revisión: 188931

Código Equipo: NN-2587B

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

FECHA	TIPO DE PLAGA	SI	NO	FECHA DE INICIO DEL ASILAMIENTO	FECHA FIN ASILAMIENTO

En Mantenimiento	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE FALLAS			OBSERVACIONES
				1	2	3	1	2	3	
463	6,2	94,2	SI	SI	SI					

1. C.O. 100  
 2. RUIDO EXTRAÑO  
 3. ESTADO DE MANGUERAS  
 4. SISTEMA DE REFRIGERACION

No.	Prueba	Descripción
1	Prueba de Fugas	Se verifica la estanqueidad de las tuberías del equipo
2	Conexion electrica	Se verifica las conexiones electricas del equipo
3	Prueba de alarma	Se verifica que la alarma suene al momento de fallar
4	Otras	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT. (COMBO)	DESCRIPCION	CANT.

No.	Prueba / Situación	Descripción
1	Fuga de agua	Se verifica que no haya fugas de agua
2	Depositos electricos	Se verifica que no haya depósitos de agua
3	Depositos de agua	Se verifica que no haya depósitos de agua
4	Otras	

En Mantenimiento	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE FALLAS			OBSERVACIONES
				1	2	3	1	2	3	
463	6,2	94,2	SI	SI	SI					