OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión 2	Fecha Actualización [illegible]
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	22-06-23	Remisión #	188931	Auxiliar Mantenimiento		No. Orden	

Codigo Equipo	NN-4905B	Fecha inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	[illegible]				Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo 0" (LO-ES)	[illegible] (Si-No)	[illegible]	BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: [illegible]	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	25291	6.8	93.1	SI	SI	NO	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		[illegible]	No		Si		[illegible]	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	[illegible]		[illegible]	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	[illegible]	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica [illegible] del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	+
4	Conexión electrónica	Se [illegible] del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica [illegible] fuerte	Si
6	Otros:		Si
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Pila	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica [illegible] de alarmas (LL - LO - ES)	SI ES
2	Flujo Maximo	Se verifica [illegible] LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación [illegible]	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión [illegible] eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	[illegible] de aire de compresor	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90%-95%)	FLUJÓMETRO (Si-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si-No)	Pila (Si-No)	"Flujo 0" (LO-ES)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CODIGO DE BARRAS: BASE (Si-No)	CODIGO DE BARRAS: MARCA (Si-No)	RUEDAS (Si-No)	OBSERVACIONES
	25292	6.4	93.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	FIRMA [illegible]