



INVERSIONES GRUPO SHALOM		VI-012021	
NT: 900659139-9			
INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS			
CORRECTIVO		CLIENTE: OXIPRO SAS	
MANTENIMIENTO APLICADO		FECHA: 23-06/2023	
PREVENTIVO	CORRECTIVO	X	23 de junio de 2023
VERIFICACION	REPOTENCIACION		
INFORMACION DEL EQUIPO			
DESCRIPCION	CAMBIO DE TARJETA, RECARGA DE TAMIZ, MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR, GENERAL		HORAS # 4326
MARCA	AIRSEP	MODELO SETING 3	SERIE CBB0218510146
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:			
SISTEMAS CONCENTRADOR OXIGENO	SERIAL	OBSERVACIONES	
REVISION TARJETA	K21017553	CAMBIO DE TARJETA	
REVISION ENCENDIDO		BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS		BUEN ESTADO	
REVISION COMPRESOR	CBC0218510149	MANTENIMIENTO	
REVISION SATURACION DE OXIGENO		CONCENTRACION DE OXIGENO 95 %	
REVISION SISTEMA ELECTRICO		BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA ELECTRONICO		BUEN ESTADO	
REVISION LECHOS DE ZEOLITA	SH (13401) SH (13402)	RECARGO TAMIZ	
REVISION SISTEMA FILTROS		BUEN ESTADO	
REVISION DE ALARMAS		BUEN ESTADO	
REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS		BUEN ESTADO Y SIN FUGAS	
LABORES ADICIONALES Y FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO			
SE REALIZO RECARGA DE TAMIZ, CAMBIO DE TARJETA, MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR, MANTENIMIENTO GENERAL. POSTERIOR A SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE ENTREGA CON UNA CONCENTRACION DE OXIGENO DE 95%			
ESTADO INTERNO			
ESTADO EXTERNO Y SATURACION			
RECIBIDO A SATISFACCION			
DANIEL SUAREZ		23	FECHA 6 2023
SOPORTE TECNICO	CLIENTE		