

Fecha Remisión: **23-06-23** Remisión #: **189019** Auxiliar Mantenimiento: **Jun Diego Benjumea** No. Orden: _____

Código Equipo: **NN-1156** Fecha Inicio: **23-06-23** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
<i>Acople rosca tubo a humidificador 1</i>					
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OSÍMENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEJAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (E-0)			"Flujo a P" (E-0)	REGULAS	FILTROS	SALAS	SALAS (E-0)	SALAS (E-0)			SALAS (E-0)
					SI	NO	SI									
	11863	6,3	95,4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mta	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		No	X	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	X	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Mal
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI		Con Sobrecalentamiento			NO			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del defecto identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L1 - E0)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L1-E0)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Destacada línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OSÍMENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEJAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			"Flujo a P" (E-0)	REGULAS	FILTROS	SALAS	SALAS (E-0)	SALAS (E-0)			SALAS (E-0)
					SI	NO	SI									
	11866	6,4	96	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO	
FIRMA MANTENIMIENTO														<i>[Firma]</i>		