ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	23-06-23	Remisión #	189019	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-4310B	Fecha Inicio	23-06-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

CANT	ESTADO	APLICO CAMBIO			
		Si		No	
		Si		No	
1		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	
		Si		No	

Acople rosca a tubo humidificador

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (5l-6lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lt)	Pila (5l-6lt)	"Flujo a 0" (LO-ES)	BOQUILLAS (5l - 6lt)	FILTROS (5l - 6lt)	BASE (5l - 6lt)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6lt)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (4l - 5lt)	RUIDOS (5l-6lt)	OBSERVACIONES
	1723	6	96,5	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Equipo tiene protector display roto, se cambia protector Switch malo, se cambia switch
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buenas

7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	x Si	Con Sobrecalentamiento	NO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumatica del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Protector display	1			
	switch encendido	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES))	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (20% - 90%)	FLUJOMETRO (5l-6lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6lt)	Pila (5l-6lt)	"Flujo a 0" (LO-ES)	BOQUILLAS (5l - 6lt)	FILTROS (5l - 6lt)	BASE (5l - 6lt)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6lt)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (4l - 5lt)	RUIDOS (5l-6lt)	OBSERVACIONES
	1726	6,5	96,4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO