



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10
 Código: GAD-404/PR-006
 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2019
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 23-06-23 Remisión #: 189019
 Asesor Mantenimiento: Juan Diego Benjumea
 Código Equipo: 2017100000135
 Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA	SI	NO	FECHA INICIO ABLAMIENTO		FECHA FIN ABLAMIENTO	
			DIAS	HRS	DIAS	HRS

Acople rosca tubo a humidificador 1

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	SAJES	RUECAS			
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI		
	225046-6	957	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No	SI	Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala		
3. DAÑOS IDENTIFICADOS		TAMIZES Y MANGUERAS													
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena			Con Subcalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otras:		
7	Otras:		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	ANILLOS	2		MANGERA TUBO REFRIGERACION	7
	MANGUERAS BALBUA	2		FILTRO DE AIRE	7
	MANGERA TAMIZES	2		TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Regámetro)	Se verifica activación de alarma (LI - LD - ES)	ES
2	Fuga Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de vibrata de alarm	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	SAJES	RUECAS			
					SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI		
	22509	96	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO