ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	SAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20-06223 | Remisión #: 188781 | Auxiliar Mantenimiento: JOVIER AYUDELO | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: UN 7751B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO/OPERACIÓN DE SERVICIO

FALLA	CAMB.	CALIB CAMB.	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO. SOPORTE	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
			Acople rosca tubo a humidificador	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLES ADICIONALES DE LA CAUSA FUNCIONAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5Lmin)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-0Vdc)	Pila (5V-0Vdc)	"Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5V - 0Vdc)	FILTROS (5V - 0Vdc)	BASE (5V - 0Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - 0Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5V - 0Vdc)	RUEDAS (5V-0Vdc)	OBSERVACIONES
	007	6.6	89.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Genero Alarma: No X Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento: NO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	ANILLOS	2		Tamices	2
	MANGERA A TAMIZES	2		Filtro de aire	1
	MANGERA ATMOSFERA OXIGENO	1		Filtro exterior lateral	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
8	Otros:		
9	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5Lmin)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5V-0Vdc)	Pila (5V-0Vdc)	"Flujo a 5" (LO-ES)	REJILLAS (5V - 0Vdc)	FILTROS (5V - 0Vdc)	BASE (5V - 0Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5V - 0Vdc)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5V - 0Vdc)	RUEDAS (5V-0Vdc)	OBSERVACIONES
	011	6.4	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO