ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20 06 23 | Remisión #: 188781 | Auxiliar Mantenimiento: Jonier Agudelo | No. Orden:

Codigo Equipo: NN 3205 B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SISTEMA REPORTADO CON FALLA DE ARRANQUE

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION DEL DAÑO	CANTIDAD	REPUESTO	REPUESTO CAMBIADO	
						Si	No
						Si	No
			Acople rosca tubo a humidificador	1		Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLE DE ACTIVIDADES DIARIAS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LL-LD-ES)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	19428.5	93.2	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Si | Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5,5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Tamices	2		Filtro externo lateral	2
	Mangueras a tunque de Oxig	2		Filtro externo central	1

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujimetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LL-LD-ES)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	19432	6,2	95.6	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	

FIRMA MANTENIMIENTO: