



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC-MAN-FR-003
Versión: 3 Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 15-06-2017 Remitente: 188377 Auxiliar Mantenimiento: JANICK AGUDELO No. Orden:

Código Equipo: 0019548 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

Acople rosca a tubo humidificador 1

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RUELLAS	FILTROS	LUBR.	CÓDIGO DE BARRAS		RUELAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión		Pila	"Flujo a 5"	SI	SI				SI	SI			SI	
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO											SI/NO
	2073067	67	94	51	51	51	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No	X	SI									
3. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	2. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Mala			
4. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	SI	Con Sobrecalentamiento			NO						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	PILA	2			
	Tamices	2			
	Filtro externo lateral	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SI-LD-01))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta líneas eléctricas	SI
5	Activación de válvula de alivio	Ostentur manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RUELLAS	FILTROS	LUBR.	CÓDIGO DE BARRAS		RUELAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 5"	SI	SI				SI	SI			SI
					SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO										
	20730	6.4	95.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO