



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha: 22-06-23 Remesa: 188844

Juan Diego Benjumea

Sub: NN-2566B

| QUANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD | FECHA DE ASLAMIENTO |
|-----------|-----------------------------------|--------|---------------------|
| 1 | Acople rosca a tubo humidificador | | |

| INDICADOR | PROCESO DE ALARMA | | | | ESTADO DE SERVICIO | | | | OBSERVACIONES | |
|-----------|-------------------|-----------|---------|----------|--------------------|------------|----------|---------|---------------|-----|
| | PREVENCION | DETECCION | ALERTAS | ACCIONES | OPERACION | REPARACION | REVISION | REPLAZO | | |
| 153416.3 | 67.4 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | mto |

| Nº | PRUEBA | RESPUESTA | FECHA |
|----|-------------------|---|-------|
| 1 | Prueba de fuga | Se verifica con el equipo en funcionamiento | ok |
| 2 | Comando eléctrico | Se verifica el funcionamiento del equipo | SI |
| 3 | Comando manual | Se verifica el funcionamiento del equipo | SI |
| 4 | Prueba de alarma | Se verifica el funcionamiento del equipo | SI |
| 5 | Otras | | SI |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | FECHA |
|--------|------------------------|----------|-------|
| | switch encendido | 1 | |
| | Filtro de aire interno | 1 | |
| | Tamices | 2 | |
| | Filtro lateral externo | 2 | |
| | Filtro lateral central | 1 | |

| INDICADOR | PROCESO DE ALARMA | | | | ESTADO DE SERVICIO | | | | OBSERVACIONES | |
|-----------|-------------------|-----------|---------|----------|--------------------|------------|----------|---------|---------------|--|
| | PREVENCION | DETECCION | ALERTAS | ACCIONES | OPERACION | REPARACION | REVISION | REPLAZO | | |
| 153446.1 | 96 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | |