



20-06-23

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-MAN-FR-00
Versión 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20-06-23 Remisión #: 188787 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NW-7927 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
Acople rosca a tubo humidificador 1					
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGRNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CODIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			FUGA A 2"	REJILLAS	FILTROS	BAZ				RUIDOS
					SI	NO	SI								
	0000	67	95-4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		No	SI	Cust						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REPRORACION		Bueno	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
7. CONTROL DE TEMPERATURA										Buena	Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 2.5. V	Verifico voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	SWITCH DE ENCENDIDO	1		TARJETA PRINCIPAL	1
	TARJETA FIJO	1		MANGERA TUBO REFRIGERACION	1
	MANGERA A TAMBORES	2		MANGERA ANCHO DECHUBENO	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Fugómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LE - EE)	
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-LO-EO)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de arranque	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DESGRNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CODIGO DE BARRAS	RUIDOS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			FUGA A 2"	REJILLAS	FILTROS	BAZ				RUIDOS
					SI	NO	SI								

FIRMA MANTENIMIENTO